



# 濃度計量証明書

有限会社 さんばい 殿

No. 110780B  
平成24年3月16日

計量証明事業登録北海道第634号

エヌエス環境株式会社 札幌支店

〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目

電話 (011) 643-1981(代)

(本社) 〒105-0003 東京都港区西新橋3-24-9

環境計量士 (濃度関係) 倉井 規広 (印)

件名	浸透水及び地下水の水質分析	計量の対象	水質試料
採取場所	登別市	採取/持込の別	当事業所採取
採取年月日	平成24年3月9日		持込試料
受付年月日	-		
採取者名	エヌエス環境株式会社 札幌支店		

貴依頼による上記試料の計量結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	BOD	塩化物イオン	※電気伝導率
単位	mg/l	mg/l	mS/m
① 浸透水	8.8	-	-
② 地下水南側	-	9.1	24.8
③ 地下水西側	1.2	7.3	13.4
④ 地下水東側	1.4	12	12.4
⑤ 地下水東側上流	-	7.6	8.1
⑥ 安定型 上流地下水	1.4	14	12.7
⑦ 安定型 下流浸透水	8.6	-	-
定量下限値	0.5	0.1	0.1
計量の方法 (規格=JIS K 0102)	規格21及び規格32.3 (隔膜電極法)	JIS K 0101 32 (イオンクロマトグラフ法)	JIS K 0101 12 (電気伝導率計による)
特記事項	※印は、計量法第107条の対象外項目である。		